

PACS用クライアントPC調達業務 仕様書

業務名： PACS用クライアントPC調達業務
主な構成： クライアントPC本体 1台
読影用モニタ 2台
データベース等閲覧用モニタ 1台
無停電装置 1台

1	PACS用クライアントPCは、以下の要件を満たすこと。
1-1	当院既存のPACS コニカミルタ社製I-PACS SXと接続しクライアントPCとして利用できること。
1-2	撮影用モニタについてはDICOM®規格（GSDF）を準拠していること。
1-3	モニタサイズ21.3型以上、解像度1536×2048以上の読影用カラーIPSモニタを2台備えること。
1-4	データベース等閲覧操作用モニタは19インチ以上、解像度1280×1024以上のカラーモニタを1台備えること。
1-5	無停電装置を備えること。
2	その他について、以下の要件を満たすこと
2-1	本機器の搬入・据付・調整・稼働を行うこと。
2-2	本機器の搬入・据付・調整・稼働の際に必要な物品・費用については、応札業者の全額負担とする。
2-3	本機器と既存院内システムとの接続費用は応札業者の全額負担とする。
2-4	据付調整後、故障発生時のアフターサービスは速やかに対応を図ること。
2-5	本機器の使用者に対する機能の操作方法及び保守等についての教育を行うこと。
2-6	調達物品の機器本体における無償保証期間は、本体製品に添付された保証書記載内容に基づく適切な使用において、発生した故障修理に対し納入日から1年間とする。
2-7	既存機器の撤去を行うこと。

例示品 コニカミルタ MS-S300